

报告

关于淀川盛余(合肥)高科技钢板有限公司

编号

DCSY-20191126

PH在线监测数据异常的情况说明

淀川盛余(合肥)高科技钢板有限公司:

2019年11月26日我方接获通知收到关于淀川盛余(合肥)高科技

公司PH在线监测数据异常的情况说明。具体情况如下:

存在故障。随后通过维修PH主机显示单元,随后对PH进行标定。

7.419,恢复正常。

特此报告

敬请悉知

安徽省碧水电子科技有限公司运营部

2019年11月26日